



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0012-T

ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş.
ÇEVRE LABORATUVARI

Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Tarık Buğra Sok. No:15 - Ümraniye/Türkiye

Tel: (Pbx) Faks: +90 216 499 28 68

www.artekcevre.com.tr

ANALİZ RAPORU



Rapor No / Tarihi	IST.SU.26.0713018 / 13/07/2026	Rapor Onay Tarihi	2026.07.13 15:46:30 +03:00
Müşterinin Adı	PEGASUS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
Müşterinin Adresi	Şirinevler Mah Mithatpaşa 1 Cad No:2/4 Kat:1 İç Kapı No:9 Hakan İş Merkezi Bahçelievler/İstanbul/Türkiye		
Numune No	IST.SU.26.0713018	Numunenin Alındığı Yer	ARITMA CİHAZINDAN ALINAN
Müşteri Numune No		Numunenin Alınma Tarihi	13/07/2026 12:55:00
Numune Türü	SU	- Saati	
Numuneyi Alan	ARTEK	Numuneye Uygulanan İşlemler	Uygun Ortam Koşulları
Numunenin Alınma Şekli		Numunenin Kabul Tarihi-Saati	13/07/2026 - 14:30:24
Numunenin Getirilişi	Yerinden Alınma	Analiz Başlangıç / Bitiş	13/07/2026 13/07/2026
Numune Miktarı / Ambalajı	1 Adet Plastik Kap/ Şişe	Sayfa Sayısı	2

Metot Numarası	Metot Adı - Tarih
SM 2580 B	Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water
SM 4500-H+ B	Standard Methods - pH Value - Electrometric Method-(2020)

Firma Adı	PEGASUS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Rapor No / Tarihi	IST.SU.26.0713018 / 13/07/2026

Analiz Parametreleri	Analiz Metodu	Birim	Analiz Sonucu
pH (**y)	SM 4500-H+ B		9,5
Redoks Potansiyeli-ORP (**y)	SM 2580 B		-252

** İşaretili parametreler Bakanlık kapsamı dışında, TÜRKAK kapsamında raporlanmıştır.

Açıklamalar :Burapor1(bir) nüshahalindehazırlanıp,müşteriyegönderilmiştir. Bu rapor laboratuvarımız tarafından elektronik ortamda arşivlenmektedir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ARTEK, TÜRKAK' tan [AB-0012-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025] standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan sayfalarda verilmiştir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Raporunda yer alan sonuçlar sadece incelenen numuneye aittir. Firmamız tarafından alınan numunelerde; numune alma ve taşıma işlemleri Numune Alma Prosedürüne, Numune Alma Talimatına ve numune alma planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz yapılan numunede, numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin hukuki sorumluluğu müşteriye aittir, firmamız bu bilgilerden kaynaklanacak sonuçlardan feragat eder. Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. Elektronik imzalı raporlar 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu' na göre elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı raporların geçerliliği sadece dijital doküman üzerinden sağlanmaktadır. Raporun basımı halinde geçerliliği doğrulanamamaktadır.

Sayfa (1 / 1)